



Filtros

## PROLONGAMENTO DE 10CM COM FILTRO 0.2M COM VÁLVULA ANTI- RETORNO

309.1932

Descrição técnica

Prolongamento de 10cm com filtro 0,2µm com  
válvula anti-retorno

REFERÊNCIA	309.1932
CLASSE	Classe II a
ESTERILIDADE	ESTÉRIL
EAN	5607716019323

***A cuidar com excelencia desde 1990***

*na investigação e desenvolvimento de produtos médico  
hospitalares adaptadas às necessidades dos clientes*

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROLONGAMENTO COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO COM:

TAMPA DE PROTECÇÃO DE LUER FÊMEA;

LUER FÊMEA;

TUBO EM PVC ISENTO DE FTALATOS 3 x4.1mm, TRANSPARENTE, 5+5cm;

CLAMP PARA CONTROLO DE FECHO

FILTRO 0,2µM – COMPATÍVEL COM CITOSTÁTICOS - é particularmente indicado para filtração de bactérias –

Terapia IV -Quimioterapia -Antibioterapia

LUER LOCK COM VÁLVULA ANTI-RETORNO

TAMPA DE PROTECÇÃO LUER LOCK

## PROLONGAMENTOS COM FILTROS

Nº de activações	Mais de 200 vezes
Outros:	Resistente a lípidos e álcool.
Fluxo	150 ml/min
Volume Purga	0,3ml

Área de filtração	3,60cm <sup>2</sup>
Tempratura máxima	50°C
Retenção bacteriana	Brevundimonas diminuta
Porosidade	0,2 µm
Pressão máxima	3,2 bar

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### COMPOSIÇÃO

FILTRO 0,2 µM

- MEMBRANA HIDROFÍLICA HI-FLO PES 0,2
- MEMBRANA HIDROFÓBICA EM PTFE 0.03M
- INVÓLUCRO ACRÍLICO TRANSPARENTE – RESISTENTE A LÍPIDOS

PVC, ABS, MBS, PP, PE BD ALCUDIA

ISENTO DE DEHP E FTALATOS

ISENTO DE LÁTEX

### CARACTERÍSTICAS DA CAIXA

### CONSERVAÇÃO

TEMPERATURA ENTRE 0°C E +40°C

### CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM

EMBALAGEM UNITÁRIA EM PEEL PACK, ESTÉRIL- ETO, DE FÁCIL ABERTURA, COM INDICAÇÃO DA REFERÊNCIA DO PRODUTO, DATA DE FABRICO, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, MARCAÇÃO CE0086, INSTRUÇÕES DE USO E SIMBOLOGIA APLICÁVEL

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

PARA UM MAIS RÁPIDO PROCEDIMENTO DE PURGA, MANTER O FILTRO NA POSIÇÃO VERTICAL A SETA VOLTADA PARA CIMA. DESTE MODO, O FILTRO IRÁ ELIMINAR O AR RAPIDAMENTE. APÓS A PURGA ESTAR CONCLUÍDA O FILTRO PODERÁ FUNCIONAR EM QUALQUER POSIÇÃO.  
ESTÉRIL DESDE QUE NÃO

### INDICAÇÕES DE USO

FILTRO 0,2µM PARA FILTRAÇÃO DE BACTÉRIAS

### PRAZO DE VALIDADE

5 Anos



[WWW.PMH.PT](http://WWW.PMH.PT) | TL. +351 263 650 680

PMH, SA - PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES  
ZONA INDUSTRIAL DA MURTEIRA, RUA GUINÉ BISSAU, LOTE 9  
2135-327 SAMORA CORREIA